



Panimpex Leak Detection®
Panimpex NV
Stableedstraat 7
B-8630 Veurne
Belgique

Déclaration de Conformité & Certificat de Calibration

Déclaration de conformité

La présente certifie que cet équipement, conçu et fabriqué par:

HTProducts Ltd
Units 3A to 3B Hackhurst Lane industrial estate
Lower Dicker East Sussex BN27 4BW
United Kingdom

est conforme aux exigences de sécurité essentielles de l'Union Européenne et est mis sur le marché en conséquence. Il a été construit conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie dans le domaine de la sécurité en vigueur dans la Communauté et ne met pas en danger la sécurité des personnes, animaux domestiques et biens lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été fabriqué.

Description des équipements:	Fuite de référence PX-Calibrate Fuite de référence en acier inoxydable 316L dans un corps en acier inoxydable installé dans un corps dans un écrou en laiton. Joint Viton. Y compris un aérosol en aluminium contenant du fluide frigorigène liquide R134a.
Normes applicables:	EN14624:2020
Date:	Mars 2021
Représentant agréé:	B Peirs, PDG

Certificat de calibration

La présente certifie que l'équipement 'PX-Calibrate' et tous ces accessoires ont été fabriqués par HT-Products.

Le produit PX-Calibrate avec le numéro de série suivant mentionné a été vérifié sur son bon fonctionnement selon les spécificités du produit:

- Fuite: 5gr/a
- Précision: 20%
- S/N: xxxxxx_xx/xxxxx
- Traçabilité : SNxxxxxx – certificat n° HTxxxxxx délivré par HT Products le xx/xx/xx

B. Peirs
Sales & Marketing Manager Panimpex
xx/xx/xx



“PX-Calibrate & Panimpex Leak Detection” sont des marques déposées Panimpex.